

GUVERNUL ROMÂNIEI

Comisia Națională pentru
Controlul Activităților Nucleare
Operator date cu caracter personal
Nr. 35647/34744



Nr. DAURI 3286/ 19.05.2017

Către,


S.C. SOMIPRESS ROMÂNIA S.R.L.

Loc. Satu Mare, Str. Ratu Mare, Nr. 76, jud. Satu Mare,
cod poștal 440188

Referitor la adresa dvs. nr. 57 din 07.03.2017, înregistrată la CNCAN cu nr. 2723/29452 din 10.03.2017 prin care solicitați eliberarea autorizației de utilizare pentru instalații de control radiosopic tip SRE HEX 50-70 CNC, vă comunicăm următoarele:

- **Sistemul de inspecție radiosopică industrială cu raze X destinat inspecției optice, tip SRE HEX 50-70 CNC, seria nr. 16.124, anul de fabricație 2016, cu tub radiogen model MXR-160HP/11, producător Boselooo High Technology, Italia, al cărui debit al dozei echivalente măsurat la o distanță de 0,1 m față de orice suprafață accesibilă a echipamentului este < de 1 μ Sv/h (conform Buletinului de măsurări radiometrice de arie și verificări tehnice nr. B17028/01.2017, emis de firma de service S.C. GAMMA ENGINEERING S.R.L. București) se exceptează de la autorizarea utilizării în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1), litera e din Normele Fundamentale de Securitate Radiologică.**

Instalația radiologică menționată în prezenta adresă CNCAN a fost evaluată în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul nr.181/2006 al președintelui CNCAN, privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obținut autorizația de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicată în anul 2006.



Rodin TRAIU